

Prot. n. 1658/2021
All. n. /

A tutti gli interessati

OGGETTO: RdO aperta MePA Consip per l'affidamento del servizio di noleggio, ricarica e trasporto bombole d'ossigeno per l'ossigenoterapia degli ospiti dell'Area Anziani a favore dell'ASP Città di Piacenza per anni 3 - CIG: Z5630D8FFC.

Risposta a richiesta di chiarimenti nn. 1-2-3

In ordine alla procedura in oggetto si riportano le richieste di chiarimento, pervenute alla scrivente Stazione Appaltante, con le relative risposte.


Richieste di chiarimento 1-2-3

“...In riferimento a quanto indicato nella lettera di invito e, nello specifico, all'art. 5 - Modalità di consegna della merce/erogazione del servizio, siamo a porre i seguenti chiarimenti:

- 1. Si chiede di specificare se le bombole di ossigeno medicinale di taglia 14 l devono essere, o meno, dotate di valvola riduttrice integrata*
- 2. Si chiede di specificare quali siano le specifiche richieste relativamente alla verifica settimanale delle bombole non risultando, a livello normativo, non alcun obbligo o indicazione di controllo settimanale delle bombole in giacenza presso i presidi ospedalieri.*
- 3. Alla luce di un consumo medio stimato di 10 bombole/mese, ovvero 360 bombole in 36 mesi come da tabella offerta economica, si chiede se il numero di 38 bombole in giacenza sia vincolante o se fosse in alternativa valutabile, a fronte di un numero inferiore di giacenza bombole, la garanzia della continuità di erogazione mediante l'indicazione di un tempo massimo di approvvigionamento in caso di urgenze ...”*

Risposte a richieste di chiarimento 1-2-3

1. Si conferma che le bombole di ossigeno medicinale di taglia 14 l devono essere dotate di valvola riduttrice integrata.
2. Il controllo è finalizzato a garantire l'effettiva presenza, per tutta la durata del contratto, di n. 38 bombole piene presso il punto di stoccaggio all'interno del cortile dell'ASP, ubicato in via Campagna n. 157, Piacenza. Inoltre la ditta affidataria dovrà contestualmente verificare la piena funzionalità ed utilizzabilità delle bombole in giacenza.
3. Si richiama quanto previsto dal citato art. 5 della “Lettera invito e condizioni particolari di esecuzione della fornitura” che prevede come il numero di 38 bombole sia vincolante. In particolare l'aggiudicatario all'inizio del servizio dovrà consegnare n. 38 bombole di ossigeno compresso da lt 14 (piene) presso la sede di via Campagna n. 157, Piacenza. Nello specifico, al momento del controllo settimanale, l'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro delle bombole vuote e al ripristino delle stesse con altrettante bombole piene.



Distinti saluti

Piacenza, 16/04/2021

Il Rup
Alfredo Rizzato
(f.to digitalmente)