



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI LETTI ELETTRICI E COMODINI PER LE CRA DI PROPRIETÀ DELL’ASP CITTÀ DI PIACENZA CIG: 9165619C10 - CUP G34D22000330005**

**RICHIESTE DI CHIARIMENTO DA N. 1 A N. 6**

In merito alle caratteristiche dei prodotti, richieste nell’Allegato A) del Capitolato Speciale di Appalto:

1.

**RICHIESTA:** Si richiede cortesemente se possono essere accettate testiere e pediere in materiale diverso dal legno con colorazione legno

**RISPOSTA:** Si richiama quanto indicato nell’allegato A) al capitolato speciale di appalto. Non sono accettate pediere e testiere in materiale diverso dal legno.

\*\*\*

2.

**RICHIESTA:** Si richiede cortesemente se possono essere accettati comodini con scocca realizzata con materiali alternativi al legno e quindi più resistenti e più facili da pulire/sanificare

**RISPOSTA:** Si richiama quanto indicato nell’allegato A) al capitolato speciale di appalto. È richiesta la scocca con pannelli uniformi di particelle di legno (spessore minimo 20 mm), rivestiti superficialmente con strato laminare melamminico.

\*\*\*

3.

**RICHIESTA:** Si richiede se sia possibile offrire un letto che misura 220 cm di lunghezza

**RISPOSTA:** Si richiama quanto indicato nell’allegato A) al capitolato speciale di appalto. Il letto dovrà essere lungo tra 208 e 210 cm.

\*\*\*

4.

**RICHIESTA:** Si richiede se per sblocco manuale letto si intenda la possibilità di bloccare e sbloccare la movimentazione del letto in maniera manuale

**RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato.

\*\*\*

5.

**RICHIESTA:** Si richiede la possibilità di offrire un letto con un trend e anti trend di +/- 12° che rappresenta oggi lo standard nelle richieste di gara in Italia per letti da degenza.



RISPOSTA: Si richiama quanto indicato nell'allegato A) al capitolato speciale di appalto. Il sollevamento del letto deve consentire i movimenti Trendelenburg (17°) e sedia in Controtrendelburg (17°).

\*\*\*

6.

RICHIESTA: Si richiede la possibilità di valutare letti realizzati in materiali molto più resistenti e facilmente sanificabili (ABS, tecnopolimeri, ecc) del legno con la possibilità di personalizzare testiera e pediera con il color legno

RISPOSTA: Si richiama quanto indicato nell'allegato A) al capitolato speciale di appalto. Si precisa che tutti i beni offerti devono essere conformi a quanto indicato nel predetto allegato (ai sensi dell'art. 3 del capitolato speciale di appalto le caratteristiche tecniche descritte nell'Allegato A sono vincolanti).

Piacenza, 18/05/2022

Il Rup  
Dott. Alfredo Rizzato  
(f.to digitalmente)